

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 93286-24

Срок действия утверждения типа до 24 сентября 2029 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Уровнемеры TKWL-1300

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd", КНР

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

"Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd", КНР

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 208-038-2024

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год (для уровнемеров с пределами допускаемой абсолютной погрешности менее ± 3 мм включительно), 3 года (для уровнемеров, работающих при избыточном давлении)

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2024 г. N 2271.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 525EEF525B83502D7A69D9FC03064C2A
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 06.03.2024 до 30.05.2025



Е.Р.Лазаренко

«26» сентября 2024 г.