

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 92702-24

Срок действия утверждения типа до 24 июля 2029 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи термоэлектрические WR

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
"Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd", KHP

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
"Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd", KHP

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 207-023-2024

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 3 года (для ТП с НСХ типа "К" в рабочем диапазоне до плюс 300 °С); 2 года (для ТП с НСХ типа "К" в рабочем диапазоне свыше плюс 300 °С до 800 °С); 1 год (для ТП с НСХ типа "К" в рабочем диапазоне свыше 800 °С и для ТП с НСХ типов "R", "S", "B")

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июля 2024 г. N 1718.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E9C42A3360155561666DB4E2ED5F7B52
Кому выдан: Кузьмин Александр Михайлович
Действителен: с 18.12.2023 до 12.03.2025



А.М.Кузьмин

«25» июля 2024 г.